

# 社内検査成績書

提出先: 殿

製品名:

LBコア株式会社

検査日時: 平成22年 月 日 10時~10時20分

大阪市城東区森之宮1丁目6番50号

検査場所: LBコア株式会社 生産検査室

TEL: 06-6967-9690 角印

測定時室温 25

FAX: 06-6967-9691



製造番号: NO.21

1製品規格  
水平精度: 10m ± 1.0mm  
垂直精度: 5m ± 1.0mm

当社測定基準に対してレーザー光線中央で測定

測定内容		測定距離	検査規格(mm) 1	測定値(mm) 2			判定
水平線精度	前後誤差	1m/5.4m	±0.5	0.0			合格
	回転時 左中右値	5.4m	±1.0以内	左45度	中央	右45度	合格
				+0.5	0.0	+0.5	
垂直線精度	2.2m	±0.5以内	0.0			合格	
地墨点精度	1m	±1.0以内 (回転時 2.0)	1.0			合格	
ライン幅	5.4m	1.5以下	1.5			合格	

## 2測定値図示



平成22年 月 日

検印	検査